

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


יחידה מזמינה : פנימית ו'

מהות ההתקשרות : רכישת מערכת למדידת לחץ דם מרכזי

סכום ההתקשרות ספק : 70,844 ש"ח

ספק פוטנציאלי : אלטק אנגי

הועדה התכנסה בתאריך 18.4.19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א) .



חתימת המאשר :

יריב הלמן

סמנכ"ל כספים
של קרן מחקרים

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

10 באפריל 2019

סימוכין: 08-04

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

שלום רב,

הנדון: רכישת מערכת למדידת לחץ דם מרכזי (Central Blood Pressure) ו-Pulse Wave Velocity

מדובר במערכת שמוודדת 2 פרמטרים עיקריים:

1. לחץ דם מרכזי (Central Blood Pressure) שמתבצעת באופן לא פולשני.
 2. מהירות התפשטות גל הדם בעת ה-Systole לאורך עץ העורקים (Pulse Wave Velocity).
- הפרמטרים האלו משתמשים כמדדים חשובים בחקר המערכת הקרדיווסקולרית.

בבדיקה שנערכה יחד עם רופאים המומחים בתחום וכן במדיה האינטרנטית ובספרות המקצועית, נמצא שמערכת למדידת לחץ דם לא פולשני מדגם SphygmoCor XCEL, תוצרת חב' AtCor Medical, סוכן: חב' אלטק הינה היחידה המאפשרת ביצוע הפעולות הנ"ל.

לאור נתונים אלו, ממליץ לראות בצידוד זה מכשיר ייחודי ובחב' אלטק ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

מנדי מנדלוביץ
מהנדס מחלקת הנדסה רפואית