

אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה : מעבדה מיקרו ביולוגיה


מהות ההתקשרות : רכישת מערכת real time pcr

סכום ההתקשרות ספק : 90,867 ש"ח

ספק פוטנציאלי : מעבדות חי בע"מ

הועדה התכנסה בתאריך 12.5.19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א) .

חתימת המאשר :



יריב הלמן

סמנכ"ל כספים

של קרן מחקרים

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

29 באפריל 2019

סימוכין: 26-04

לכבוד  
וועדת רכישות  
כאן

### הנדון: רכישת מערכת Real Time PCR עבור המעבדה למיקרוביולוגיה

במעבדה למיקרוביולוגיה נדרשת מערכת ממוחשבת Real Time PCR עם 96 באריות, בעלת אישור אמ"ר לביצוע בדיקות קליניות שתחובר לתכנת ניהול המעבדות. נדרשת מערכת עם 5 ערוצים, המתאימה לביצוע מבחנים כמותיים בו זמנית ואשר אינה מחייבת color compensation או passive reference colors. כמו כן, נדרשת יכולת לעשות אנליזה ליותר מ 7 פרמטרים לבארית בערכי CT (זמן מעבר הסף). המערכת צריכה להתאים לעבודה עם טסטים מסחריים בחמישה ערוצים וטסטים הקיימים כיום במעבדה, כולל טסטים מתוצרת עצמית.

מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מתברר שרק לחברת מעבדות חי ישנה מערכת ייחודית התואמת את דרישות המעבדה המפורטות למעלה – מערכת דגם CFX96 IVD Real Time System, תוצרת חברת Bio Rad.

לידיעתנו אין חברה אחרת בשוק המוכרת מערכת העונה לדרישות המעבדה המפורטות למעלה.

לדעתי מדובר בצידוד ייחודי, ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת מעבדות חי ספק יחיד למקרה זה.

למערכת אישור אמ"ר כנדרש וניתנו 3 שנים אחריות.

בברכה,

לנה ויסמן  
ראש צוות הנדסה רפואית

