

20 בינואר 2024

סימוכין : 01-04

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

הנדון: דכישת אנלייזר לבדיות דם גנטיות עבור מעבדת סקר ילודים (מעבדת מחקר משרד הבריאות) – ספק יחיד

למעבדה שבנדון נדרש לרכוש מכשיר אנלייזר לבדיות דם גנטיות מהדגם הבא 96 EONIS. המכשיר משמש לביצוע בדיקות סקר ילודים למחלת ניון הנירון הנוטורי - SMA. במסגרת עבודות מחקר המתkimות במעבדת משרד הבריאות במרכז הרפואי בתל השומר אליה נשלחות הדגימות מכל הארץ.

המכשיר המذكور עונה באופן ייחודי לדרישות המשמש מאחור והמכשיר, יחד עם קיטים יהודים, מתחברים באופן אוטומטי לתוכנת ניהול המעבדה (Sale Specimen Gale) הקיימת במעבדת סקר הילודים של משרד הבריאות, ובכך מאפשר התחלת עבודה מיידית ללא צורך באינטגרציות תוכנה מסובכות וועלויות של דרייברים נוספים. כמו כן רק עלרכות המכשיר המذובר קיימ אישור רגולטורי לבדיות דיאגנוזטיות (FDA-E). לכן, המכשיר הנ"ל הינו היחיד העונה לדרישות המעבדה במסגרת המבחן המذובב.

בדיקות שערכנו (התיעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מတבר של חברת REVVITY מבוקשת נערכנו (התיעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מတבר של חברת REVVITY (ספק: נאמידור דיאגנוזטיקה) קיימת מערכת ייחודית התואמת את דרישות המעבדה המפורטות לעלה.

מדובר במכשיר יהודי ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחברת נאמידור דיאגנוזטיקה ספק ייחיד למקרה זה. זו הינה מערכת החינונית לביה"ח, כאשר רק לחברת נאמידור דיאגנוזטיקה יכולת המקצועית של מתן שירותי תחזוקה שוטפת, טיפולים מניעתיים וטיפולים חריגות למערכת, בהיותה הספק הרשמי של חברת REVVITY בארץ למכשור זה ובהיותה בעלית ידע מקצועי מוסמך ורחב וחלקי חילוף זמינים ומוקרים.

הואיל וכן, הריני מבקשת כי ועדת מכרזים תאשר התקשרות עם חברת נאמידור דיאגנוזטיקה לטובה רכישת המערכת, בהליך פטור ממכרזו לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993.

בברכה,
אלנג' אAMIL לברנויוק
ראש צוות הנדסה ביו- רפואי